

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 04 月 06 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	HS1	
	序號	A13L-01009	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	林錦照	聯絡電話	052679562 #1221
		報告日期	2023-04-01
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	阿里山青年活動中心		
事故通報日期/時間	2023 年 04 月 01 日 18 時 08 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	報告者112/04/01-1806發現患者站立於事故地點餐廳門口，臉色蒼白，嘴唇呈現紫色狀態，上前詢問狀況。患者已無法表達，隨即癱軟失去意識，當下其親友亦發現異狀上前協助將患者移至大廳休息區，並確認患者狀況，患者已無意識呼吸微弱，脈搏微弱，隨即通報119，接通119後線上指導其親友施作 C P R 直至就護人員到場接手。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：鄭晴文	病患性別： 男 女 不確定	
		病患年紀：約約50歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR		

	通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 04 月 01 日 18 時 09 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: 患者有呼吸及心跳，A E D 分析數次皆建議不電擊	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 04 月 01 日 18 時 30 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	聖馬爾定醫院	
填表人	姓名	林錦照
	聯絡電話	
	電子郵件	alsyac@cyc.tw