

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 07 月 05 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B12G-01350	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	賴竑勳	聯絡電話	02-23815226
		報告日期	2022-07-05
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	台北市松山車站		
事故通報日期/時間	2022 年 07 月 01 日 12 時 43 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	經查111年7月1日12時40分，2203次(基隆-嘉義)車長通報車上有旅客昏迷(約1車的位置)，請松山站協助叫救護車送醫，本站接獲通知立即通報119及鐵路警察局臺北分局偵查隊值班員警，男性旅客年約70多歲已無意識，車站站務人員立即啟動CPR，AED設備於12時44分到場，電擊貼片貼上後AED語音提示「不需要電擊」，站務人員仍持續輪流施作CPR，待12時53分救護車人員到達1月台1車位置，站務人員才將CPR及AED工作移交救護人員接手，旅客家人(陳寶彩)告知救護人員其有心臟病及氣喘高血壓等病，昏迷者已簽署放棄急救同意書，後續工作由救護人員與鐵路警察依相關程序處理，約14時13分由葬儀社車輛載運離開。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：陳約民	病患性別： 男 女 不確定	

	病患年紀：約70歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 07 月 01 日 12 時 44 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: AED語音提示不需要電擊	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 葬儀社車輛載運離開 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：家屬放棄急救，病患已往生	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	陳威宇
	聯絡電話	
	電子郵件	tr098@railway.gov.tw