

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 06 月 05 日

AED資訊	廠牌	Physio-Control	
	型號	CR Plus	
	序號	42384499	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	潘竹梅	聯絡電話	0223122255
		報告日期	2023-05-29
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:員工及醫護人員(民眾)		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	列車上		
事故通報日期/時間	2023 年 05 月 20 日 19 時 43 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:月台		
事故描述	列車長接獲民眾按警急鈴通知有旅客昏迷，通報台北車站月台嚮導請求支援，月台嚮導攜帶AED前往該車廂偕同車上旅客(據悉室護理師)，實施CPR直到119救護人員到達接手，送台大醫院前旅客持續昏迷中。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：曾燦光	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約72歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明		

AED 抵達日期/時間	2023 年 05 月 20 日 19 時 43 分 (24 小時制)	AED電擊次數：3 次
----------------	--	-------------

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 05 月 20 日 20 時 14 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	潘竹梅
	聯絡電話	
	電子郵件	tr100@railway.gov.tw