

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 01 月 31 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B12C-01991	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	胡庭嘉	聯絡電話	06-2232637
		報告日期	2023-01-31
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	臺南車站一月台		
事故通報日期/時間	2023 年 01 月 15 日 18 時 38 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	約18:35一月台旅客通知於一月台8車有名70歲左右男性旅客昏倒，當下立即撥打119及播音請有醫護背景旅客至一月台協助救護，並使用AED，救護車約18:54抵達，經送醫急救仍無法救回。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約70歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明		
AED	2023 年 01 月 15 日 18 時 38 分	AED電擊次數：0 次	

抵達日期/時間	(24 小時制)	
---------	----------	--

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 01 月 15 日 18 時 59 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他:	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟, 原因	
其他說明		
填表人	姓名	黃伯韶
	聯絡電話	
	電子郵件	tr175@railway.gov.tw