

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 05 月 18 日

AED資訊	廠牌	ZOLL Medical Taiwan	
	型號	AED PLUS	
	序號	X13H617069	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	丁郁紋	聯絡電話	2375-1567 #21
		報告日期	2022-05-18
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	站前地下街Z10出入口地下層		
事故通報日期/時間	2022 年 05 月 17 日 12 時 25 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	患者感到不舒服坐著休息後倒地不起		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約50-歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明		
AED 抵達日期/時間	2022 年 05 月 17 日 12 時 28 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次	

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他 :	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	丁郁紋
	聯絡電話	
	電子郵件	suncar1978243@gmail.com