

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 03 月 28 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	10730	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	陳瓊綺	聯絡電話	03-6121-000EXT32235
		報告日期	2022-03-26
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	新竹車站第一停車場旁		
事故通報日期/時間	2022 年 03 月 26 日 20 時 38 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	20:38站務員無線電通報，有民眾通報一號停車場靠近繳費機旁邊，有旅客昏倒需協助。20:39分值班主管副站、督導，站務員和護理師陸續到達現場協助。旅客無意識E1V1M1，右眼瞳孔7.0/-，左眼瞳孔7.0/-，無脈搏、無呼吸，復甦姿式趴於地上，給予CPR；20:42請求協助叫救護車，及其他同仁協助施作CPR及給予甦醒球100%O2 Ambu-bagging，貼上電擊片AED監測；20:43 AED指示不需電擊，摸不到頸動脈跳動，續CPR，20:46 AED第二次指示不需電擊，AED持續監測，持續給予心外按摩，及甦醒球100%O2 Ambu-bagging使用。20:50 119到達現場，患者E1V1M1有自主微弱呼吸，頸動脈摸得到，停止心外按摩持續O2 15L/min使用。測量血壓:45/25mmg, EMT協助給予上頸圈,長備板及IV, 檢視雙髕骨處各4*4公分擦傷,2位朋友表示來新竹站接旅客,旅客旅程是桃園到新竹,但朋友表示都找不到旅客,在高鐵站週圍四處找尋中,有聽到		

撞擊聲,看到朋友倒在地上。21:02  
119送旅客前往東元醫院急救。續高警協助調查及通知家屬。

### 3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：陳昕言	病患性別： 男 女 不確定
		病患年紀：約26歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 03 月 26 日 20 時 44 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	查雅萍
	聯絡電話	
	電子郵件	flower_cha@thsrc.com.tw