

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 04 月 15 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	09975	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	林燕伶	聯絡電話	07-960-500 0#62235
		報告日期	2022-04-14
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	高鐵左營車站服務台前		
事故通報日期/時間	2022 年 04 月 14 日 14 時 27 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	14:27服務台以無線電通報有民眾身體不適，需要醫務服務。14:28護理師抵達，值班主管、站務督導及站務員已旁協助。民眾躺於地板上，評估意識GCS:E1V1M1，pupl size:R/L2.0(-)/2.0(-)，臉色呈紫白色，呼吸困難，測不到心跳，已有民眾給予人工呼吸及心肺復甦。14:29電聯救護車，AED抵達，裝上電擊貼片，以人工甦醒球給氧。14:30AED心律判讀不須電擊，繼續CPR。14:32心律判讀不須電擊，繼續CPR。14:34心律判讀不須電擊，繼續CPR。14:35緊急醫療救護人員抵達，與其交班，協助建立靜脈輸注，給予強心針1AMP，建立LMA，放入體外主動心臟按摩器。14:53救護車離站。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：Michael Roger Hyde	病患性別： 男 女 不確定	

	病患年紀：約66歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 04 月 14 日 14 時 29 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	查雅萍
	聯絡電話	
	電子郵件	flower_cha@thsrc.com.tw