

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 05 月 23 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN		
	型號	AED-2100K		
	序號	10730		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	陳瓊綺	聯絡電話	03-6121000 ext.32235	
		報告日期	2023-05-22	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	高鐵新竹車站北二樓手扶梯旁			
事故通報日期/時間	2023 年 05 月 22 日 10 時 58 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	10:58站務員無線電呼叫,有旅客在北二樓手扶梯旁昏倒,需協助; 10:59 站長、副站、督導和護理師陸續到達現場,護理師診視旅客意識改變E1 V1M1,臉色,嘴唇發紺,無脈搏、無呼吸, 11:00立即請求BS協助叫救護車, 及同仁協助施作CPR,及給予甦醒球100%O2 Ambu-bagging, AED監測中; 11:05AED電擊一次, GCS:E1V1M1, 右眼瞳孔 6.0/-, 左眼瞳孔6.0/-, 摸不到頸動脈跳動, 續CPR, 11:09 AED指示電擊第二次, AED持續監測, 持續給予心外按摩, 及甦醒球100%O2使用, 11:09 和11:11 兩輛119到達現場, 向119救護人員交接旅客狀況, EMT接手續CPR,11:17使用自動心外按摩器續CPR,左手打上骨針,給予bosmin 1支IV PUSH,11:20給予bosmin 1支IV PUSH,給予Nasal air way和Oral air way使用,11:22分恢復心律,頸動脈摸得到,N/S 500CC+bosmin 1支IV drip,患者E1V1M1, 頸動脈摸得到, 停止心外按摩,100%O2 Ambu-bagging, 持續O2使用。 11:30 EMT推患者離開北二樓,11:35 119協助送			

旅客前往東元醫院急救。鐵警已連絡到家屬,會直接前往東元醫院。

### 3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：曾煥源	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約48歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 05 月 22 日 10 時 59 分 (24 小時制)	AED電擊次數：2 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 05 月 22 日 11 時 35 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：東元醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	查雅萍
	聯絡電話	
	電子郵件	flower_cha@thsrc.com.tw