

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2024 年 02 月 15 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	10705	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	洪葦瑜	聯絡電話	06-6009000 EXT.56235
		報告日期	2024-02-15
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	高鐵台南車站一月台穿堂層候車座椅		
事故通報日期/時間	2024 年 02 月 15 日 07 時 33 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	AT07:33穿堂保全-吳明志無線電通報北上月台穿堂層有旅客眼睛上吊沒有意識需醫療協助。AT07:35值班主管及護理師已抵達現場，立即評估旅客意識狀況，眼睛呈現上吊，叫喚旅客及痛刺激皆無反應，GCS:E1V1M1，觸摸頸動脈脈:無，puip size:R/L5.0(-)/5.0(-)，立即將旅客從座椅移至地板開始執行心肺心肺復甦及給予氧氣面罩15L/分(FULL)使用，同時設備管理工程師通知救護車。AT07:36 AED到場，立即協助使用AED貼片，AED分析繼續施行心肺復甦，開始CPR，AT07:38 AED分析需電擊，立即告知同仁遠離旅客身邊，同時按下電擊鈕予電擊一次，繼續CPR。AT07:40 AED分析繼續施行心肺復甦，AT07:42 AED分析繼續施行心肺復甦，同時有旅客(護理師)協助旅客CPR。AT07:43 EMT人員由站務員導引已抵達現場，交接EMT人員，同時繼續CPR。AT07:44 AED分析繼續施行心肺復甦，由EMT人員開始執行CPR。AT07:45由EMT人員協助旅客使用喉頭罩(LMA)及甦醒球給氧100%使用。AT07:46		

AED分析繼續施行心肺復甦。AT07:48 AED分析繼續施行心肺復甦。AT7:50 AED分析繼續施行心肺復甦，AT 07:52由EMT人員協助使用自動心肺復甦機繼續CPR。AT07:56救護車離站，旅客單獨前往台南市立醫院，隨後站務人員搭乘計程車陪同。		
3) 病患與急救資訊		
病患資料	姓名(若知道)：趙先生	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約51歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2024 年 02 月 15 日 07 時 36 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2024 年 02 月 15 日 07 時 56 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	查雅萍
	聯絡電話	
	電子郵件	flower_cha@thsrc.com.tw