

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 05 月 30 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	00W01385	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	郭茗薙	聯絡電話	05-700-800 0ext.47235
		報告日期	2023-05-30
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	高鐵雲林車站3號出口候車椅		
事故通報日期/時間	2023 年 05 月 30 日 11 時 54 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	11:54保全以對講機呼叫，3號出口有民眾身體不適，家屬已自行連絡救護車到站就醫。11:55護理師攜帶急救包抵達現場(3後出口候車椅旁)發現民眾坐在候車椅旁水泥地上，叫喚不醒，頭呈半仰狀，外科口罩使用，家屬在旁攙扶，護理師評估民眾叫喚無反應，觸摸頸動脈無脈搏及無呼吸，臉色蠟黃蒼白及唇部發紺，護理師評估意識(GCS:E1M1V1)，立即施行CPR並指示站務員攜帶AED、氧氣筒，現站務督導(黃昱賓)、值班主管(黃若梅)抵達現場。11:57 AED到場後使用，分析心律(暫停CPR)，結果不建議電擊，護理師評估頸動脈無脈搏，持續施行CPR及給予氧氣面罩full使用。11:59AED分析心律(暫停CPR)，結果不建議電擊，持續施行CPR及給予氧氣面罩full使用。12:01 AED分析心律(暫停CPR)，結果不建議電擊，持續施行CPR及給予氧氣面罩full使用。12:02現救護車EMT已到站。12:03 AED分析心律(暫停CPR)，結果不建議電擊，持續施行CPR及給予氧氣面罩full使用，護理師持續對民眾執行C		

PR中。12：05AED分析心律(暫停CPR)，不建議電擊，持續施行CPR及給予氧氣面罩full使用，並由兩位緊急救護人員給予民眾硬彎式喉頭罩氣管(LMA)接上人工甦醒球使用及左側肱骨處留置骨內針，並更換救護車AED持續監測民眾狀況。12：07 AED分析心律(暫停CPR)，不建議電擊，持續施行CPR及給予氧氣面罩full使用。12：09緊急救護員交接旅客狀況並協助移至擔架上。12：12民眾由家人及緊急救護員陪同搭乘救護車至台大(斗六院區)。

3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：張先生	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約91歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 05 月 30 日 11 時 55 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 05 月 30 日 12 時 12 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：台大醫院虎尾分院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	查雅萍
	聯絡電話	
	電子郵件	flower_cha@thsrc.com.tw