

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 08 月 01 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B12G-01329	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	陳彥綺	聯絡電話	02-24259858
		報告日期	2022-08-01
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	基隆車站內7-11超商		
事故通報日期/時間	2022 年 07 月 31 日 20 時 36 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	111年7月31日基隆車站內7-11，有位遊民從座位用餐區一度失去意識倒地昏迷，有位女性民眾20:36發現倒地遊民後立刻對此遊民施行CPR。超商店長向基隆車站詢借AED，超商店員則電話通報119尋求協助。20:41AED抵達至現場，此位女性民眾表示自己受過CPR暨AED訓練以及另一名男性民眾表示自己姊姊是護士所以懂急救方面知識，兩人偕同下替遊民貼上貼片，由於機器上顯示此病患尚不需使用電擊搶救，就沒有啟動電擊電源。20:46救護車抵達現場，遊民拒絕上救護車，救護人員在其身後觀察20分鐘並無發現異狀後便離開現場。店長事後有詢問該遊民是否需要提供協助，可以提供溫熱水給他。此遊民在救護車離開後依舊在車站超商前排徊。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：	病患性別：	

		男 女 不確定 病患年紀：約70歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 07 月 31 日 20 時 41 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 車站的超商逗留 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：車站的超商逗留	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	陳彥綺
	聯絡電話	
	電子郵件	tr092@railway.gov.tw