

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 03 月 02 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	HS1	
	序號	A18L-06449	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	陳嫻君	聯絡電話	9509788
		報告日期	2023-02-16
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	教室		
事故通報日期/時間	2023 年 02 月 16 日 11 時 48 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	用餐時唇色變黑		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道):	病患性別: 男 女 不確定	
		病患年紀: 約17歲	
急救模式	沒有通氣, 也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明		
AED 抵達日期/時間	2023 年 02 月 16 日 11 時 50 分 (24 小時制)	AED電擊次數: 0 次	

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 02 月 16 日 12 時 00 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	陳佩君
	聯絡電話	
	電子郵件	t880004@ilc.edu.tw