

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS		
	型號	HS1		
	序號	A14D-04508		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	傅百汝	聯絡電話	049-2612210	
		報告日期	2019-12-24	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	國立臺灣大學實驗林管理處溪頭自然教育園區			
事故通報日期/時間	2016 年 05 月 26 日 21 時 45 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	辦公室接獲房客來電告知，表示房間裡有人昏倒，救護技術員、現場工作人員及替代役人員至現場發現房客臉蒼白、無心跳、無呼吸及無意識狀況，立即施行CPR及AED同時使用等待119至現場支援。			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：顏秀珠	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約78歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明			

AED 抵達日期/時間	2016 年 05 月 26 日 21 時 48 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次
----------------	--	-------------

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：竹山秀傳醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	追蹤房客狀況,家屬表示已急救無效。	
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	