

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	HS1	
	序號	A15J-04630	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	傅百汝	聯絡電話	049-2612210
		報告日期	2020-07-07
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	國立臺灣大學實驗林管理處溪頭自然教育園區第二停車場外面		
事故通報日期/時間	2020 年 07 月 07 日 12 時 48 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	太太表示傷患吃便當突然疑似鯁住失去意識倒下,民眾及員林客運人員協助聯絡119及施行CPR+AED使用,AED不建議電擊,車站人員立即移除電擊器,請求園區辦公室人員至現場協助 約12點49分至現場傷患本人呈現全身發紺,無意識即無生命徵象並接手續執行CPR+AED使用,約12點51 119至現場接手送至竹山秀傳醫院		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：鍾達成	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約71歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR		

	通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2020 年 07 月 07 日 12 時 49 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：竹山秀傳醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	於7/9派出所副所長表示傷患送至醫院經過急救仍無效	
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	