

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2024 年 02 月 07 日

AED資訊	廠牌	ZOLL Medical Taiwan	
	型號	AED PLUS	
	序號	X12J572123	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	趙元琴	聯絡電話	04-8747647 #187
		報告日期	2024-02-07
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	彰化榮家力行堂22戶		
事故通報日期/時間	2024 年 02 月 06 日 08 時 30 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	8:12接獲照服員告知該員呼叫無反應，護理人員立即前往察看，該員正坐於浴室澡盆，皮膚溫熱，呼吸微弱，有無意識作嘔之反應，量測不到生命徵象，E1V1M1，立即給予AED監測及CPR		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：孫大受	病患性別： 男 女 不確定	
		病患年紀：約64歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明		

AED 抵達日期/時間	2024 年 02 月 06 日 08 時 30 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次
----------------	--	-------------

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2024 年 02 月 07 日 08 時 36 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	at8：36由119救護車緊急搶救協送仁和醫院，通知家屬(女兒孫憶萱)， at9:08女兒致電仁和醫院急診瞭解病況後，表示放棄急救。	
填表人	姓名	趙元琴
	聯絡電話	
	電子郵件	vhch1083@mail5.vac.gov.tw