

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 08 月 09 日

AED資訊	廠牌	ZOLL Medical Taiwan	
	型號	AED PLUS	
	序號	X13G616818	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	楊文傑	聯絡電話	053200668
		報告日期	2022-08-09
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	好市多嘉義店大廳入口		
事故通報日期/時間	2022 年 07 月 27 日 11 時 49 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	患者為好市多臨時性員工楊S,09:45上班,於11:49換班時告知同部門同仁陳S不舒服後就昏倒,陳S立即請求附近同仁支援並通報主管及職護於11:51抵達現場,11:53打119,職護遵照指示執行CPR及使用AED,AED判讀不用電擊,11:58救護人員抵達,並接手進行急救,12:05賣場主管與職護陪同至嘉義基督教醫院,到院後楊S已恢復意識能清楚應答,並由家人陪同持續留院觀察。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約25歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR		

	通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 07 月 27 日 11 時 58 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	楊文傑
	聯絡電話	
	電子郵件	w5007adm@costco.com.tw