

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B18F-00221	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	林靖雯	聯絡電話	8789-5599# 8509
		報告日期	2020-04-20
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司四館		
事故通報日期/時間	2020 年 04 月 15 日 15 時 00 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	at 14:52工務同仁-郭士豪及3名外包新壽電機同仁至RF準備進行頂樓例行巡檢時，外包新壽電機同仁-林德勝(下方簡稱林員)於講手機後突然休克昏倒。 at 15:00接獲蔡明奮副理來電通知表示林員昏倒，需要準備AED到現場，同時，工務同仁-林政君至醫護室協助引導至頂樓現場，前往現場途中，工務同仁表示早上林員有表示胸口悶悶的，工務同仁當下有請林員返家休息，林員婉拒返家休息，工務同仁表示剛剛確認林員狀況沒有心跳有呼吸，已聯絡119。 at 15:02護理人員攜帶急救包及AED至現場時，見其他外包新壽電機同仁正在對林員進行胸外按壓，護理人員檢查林員狀況已無呼吸心跳，GCS:E1V1M1，予接上AED分析心律，分析結果為不建議電擊，護理人員及外包新壽電機同仁繼續執行胸外按壓。 at 15:10 EMT人員到場，由EMT人員接手，接上生理監測器分析心律，結果依然不建議電擊，接上IV line(靜脈輸液)，予生理食鹽水及急		

救藥物(Epinephrine腎上腺素)2支(第1支施打時間為15:16、第2支施打時間為15:24)，插入氣管內管並安裝自動心肺復甦機後
> at 15:26林員由EMT人員用擔架搬離現場，工務同仁及外包新壽電機同仁陪同，前往台北醫學大學附設醫院就醫。

3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：林德勝	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約43歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2020 年 04 月 15 日 15 時 02 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：臺北醫學大學附設醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	