

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 01 月 27 日

AED資訊	廠牌	Physio-Control	
	型號	CR Plus	
	序號	41443338	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	江鳳伶	聯絡電話	07-3469999 *5519
		報告日期	2022-01-22
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	新光三越高雄左營店彩虹市集麥當勞專櫃內後場		
事故通報日期/時間	2022 年 01 月 21 日 19 時 36 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	1/21晚間19:36PM醫務室接到服務台來電訴彩虹市集麥當勞專櫃內有人昏倒並拿取AED。請服務台聯絡相關單位攜急救袋前往。抵達現場時麥當勞員工正再做CPR中(119電話指導中)AED已貼在許姓員工身上。接手持續CPR並請旁人協助通知救護車。中間AED有2次分析皆不建議電擊持續CPR等EMT到。19:47PM EMT抵達由EMT接手。19:56PM救護車出發前往榮總，護士陪同。20:05PM抵達榮總由醫院接手處置。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：許家傑	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約42歲歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣		

	只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 01 月 21 日 19 時 36 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	AED設備廠商於111年01月22日16:00PM協助調閱AED資料，提供我司報備衛生單位備查。	
填表人	姓名	江鳳伶
	聯絡電話	
	電子郵件	yihsin.chiang@skm.com.tw