

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 12 月 22 日

AED資訊	廠牌	ZOLL Medical Taiwan	
	型號	AED PLUS	
	序號	X13L639149	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	劉晏蓉	聯絡電話	02-3234864 5*119
		報告日期	2022-12-22
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	B2體育館		
事故通報日期/時間	2022 年 12 月 21 日 19 時 15 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	2022.12.21 19:15陳姓老師於B2體育館打羽球時倒下，當下呼吸急促，臉部蒼白，嘴唇發紫，有痙攣情形。被當時在場的其他老師目擊，故於19:17通報119，並於19:18開始使用AED,持續CPR 8-10分鐘，其中使用電擊1次，救護車後送至雙和醫院急診。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：陳信宏	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約40歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR		

	其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 12 月 21 日 19 時 18 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2022 年 12 月 22 日 19 時 30 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	個案到達醫院後插管，後送CCU。	
填表人	姓名	劉晏蓉
	聯絡電話	
	電子郵件	k19831225@yahoo.com.tw