

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 01 月 17 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	00W01855	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	張玟佳	聯絡電話	22972048-205
		報告日期	2022-01-17
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	義學國小一樓學習教室二		
事故通報日期/時間	2022 年 01 月 14 日 15 時 14 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	111/01/14下午15點14分護理師電話接獲通知表示患者癲癇發作，張護理師馬上到達學習教室二，看到患者已經倒在地上頭部側一邊轉向右側，叫喚病患無反應。當下立即評估學生無呼吸、無心跳、觀察臉色發紺、口吐白沫，有尿失禁狀態，GCS:E1M1V1，立即啟動急救措施，張護理師立即給學生執行CPR，並繼續監測生命徵象。請劉老師打119叫救護車(15點15分)，並同步通知家長，陳護理師拿電擊器到達現場，急救後過程中手有舉起來，呈現喟嘆式呼吸，有呻吟，GCS:E1M2V2，清理口腔分泌物，叫喚仍無反應。護理師持續心臟按摩，陳護理師在15點17分使用AED施予電擊1次，之後換陳護理師接手執行CPR，15點20分救護車EMT人員抵達救護現場，由EMT人員接手後持續執行CPR。15點20分電擊第二次，之後EMT人員使用自備電擊器，因EKG show Vf(心室纖維顫動)又電擊3次，並持續給氧，15點31分EMT人員抱著患者跑出教室門口，15點33分上救護車，15點34分救護車出學校大門，由		

導師與家長陪同救護車送輔大急診。

3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：楊宜潤	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約11歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 01 月 14 日 15 時 16 分 (24 小時制)	AED電擊次數：2 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2022 年 01 月 14 日 15 時 33 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	張玫佳
	聯絡電話	
	電子郵件	asddsa123@yses.ntpc.edu.tw