

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B13L-03903	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	思盈盈	聯絡電話	(02)2151800 7-237
		報告日期	2018-09-19
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	新北市立江翠國民中學		
事故通報日期/時間	2018 年 10 月 08 日 08 時 50 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	2018年9月19日8:50AM健康中心接獲警衛室通知，有學生的阿嬤在幼稚園前面昏倒，並請求幫助。健康中心護理師約8:52到現場發現病人倒臥地上，已無心跳及呼吸，立即請求拿AED即通知119，並開始CPR，並接上AED，8:58第一次電擊，之後救護人員到續接手，9:12分救護車離開江翠國中。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約68歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR		

	通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2018 年 10 月 08 日 08 時 52 分 (24 小時制)	AED電擊次數：2 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：亞東醫院 已經在928康復出院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	AED的電子資料不是當時急救時間 因為維修人員將電池拔除斷電 故時間為當時操作DOWN資料的時間	
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	