

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN		
	型號	AED-2100K		
	序號	08131		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	潘素珍	聯絡電話	02-22756053	
		報告日期	2021-12-13	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	板橋榮譽國民之家			
事故通報日期/時間	2021 年 12 月 02 日 05 時 56 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	05:56 照服員發現長者叫喚不醒，通知護理師探視後發現長者無呼吸心跳，先予以CPCR接上AED，並聯絡119及總值。 06:13 119人員到達，協助CPCR並聯絡家屬。 06:19 電話聯絡姪女後表示已聯絡國外兒子，兒子決定放棄急救，於06:19AED仍standstill停止急救，at0625左右警方到達現場，待家屬姪女到場。 06:41 119離開後予以遺體護理，穿好衣物鞋襪並等待家屬到達。 			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：楊鴻源	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約82歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣			

	只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2021 年 12 月 02 日 15 時 56 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	