

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 11 月 21 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN		
	型號	AED-2100K		
	序號	08131		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	潘素珍	聯絡電話	22755157-811	
		報告日期	2011-11-10	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	長樂棟1樓大廳			
事故通報日期/時間	2022 年 11 月 21 日 09 時 46 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	11月2日at 13：30家屬會客時協助餵住民水、翻茄炒蛋及二口包子皮，at 14：35會客結束將住民輪椅推回，於長樂行政大廳時發現住民頭低低，臉色蒼白，叫喚不醒，電聯保健組林宜璵醫師同步進行CPR，at 14：44依醫囑給予Epinephrine 1 amp IM ST，Suction 出少量食糜，at 14：49依醫囑ON IV N/S 500 cc IV Full run，生命徵象測量不到，at 14：55由 119及案妻陪同送亞東醫院急診室。			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：馮貴全	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約99歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR			

	只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 11 月 02 日 14 時 35 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2022 年 11 月 02 日 14 時 55 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	潘素珍
	聯絡電話	
	電子郵件	a0970208151@gmail.com