

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 06 月 09 日

AED資訊	廠牌	迪飛特 Defibtech	
	型號	DDU100E	
	序號	158001970	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	游翊筠	聯絡電話	03-2733326
		報告日期	2023-06-05
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	T2 出境3樓23號櫃檯後方		
事故通報日期/時間	2023 年 06 月 01 日 14 時 37 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	14:37接獲一名韓國籍男旅客暈倒，位於桃機T2 出境3樓23號櫃檯後方。14:38現場有人員進行CPR及使用AED，14:39急救AED設備到達現場，14:42醫療人員抵達接手CPR及AED，後續後送至醫院。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：KIM HYUNG SUK	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約43歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明		
AED	2023 年 06 月 01 日 14 時 39 分	AED電擊次數：4 次	

抵達日期/時間	(24 小時制)	
---------	----------	--

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 聯新國際醫院救護車 送離現場時間:2023 年 06 月 01 日 14 時 52 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他: 中壢聯新國際醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟, 原因	
其他說明		
填表人	姓名	游翊筠
	聯絡電話	
	電子郵件	yumi5988@mail.taoyuan-airport.com