

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2024 年 01 月 15 日

AED資訊	廠牌	迪飛特 Defibtech	
	型號	DDU100E	
	序號	158001952	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	黃貞維	聯絡電話	03-3063325
		報告日期	2024-01-10
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	T1 二樓入境B6長廊		
事故通報日期/時間	2024 年 01 月 10 日 07 時 21 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	07:21時接獲長榮航空人員報一名越南籍女性旅客暈倒，於桃機一航廈二樓入境B6管制區長廊。07:30聯新醫療人員到達。07:43時AED設備到達現場開機，急救過程中不建議電擊。07:37時聯新醫護抵達，由北消防護人員陪同救護車送離，至平鎮聯新國際醫院。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：NGUYEN THI NAM	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約75歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明		

AED 抵達日期/時間	2024 年 01 月 10 日 07 時 43 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次
----------------	----------------------------------------	-------------

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 聯新救護車 送離現場時間:2024 年 01 月 10 日 07 時 45 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：平鎮聯新國際醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	後續無救回	
填表人	姓名	游翊筠
	聯絡電話	
	電子郵件	yumi5988@mail.taoyuan-airport.com