

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 11 月 18 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-3100	
	序號	13363(3100K)	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	鍾春香	聯絡電話	0937172655
		報告日期	2022-11-04
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	桃園市桃園區西門國民小學活動中心		
事故通報日期/時間	2022 年 11 月 04 日 19 時 50 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	學校晚間租借活動中心供民眾打羽球，病患與同好打球時，突然昏迷。由民眾給予壓胸並至本校AED放置處取得AED後，給予電擊1次，恢復心跳，由119救護人員接手送醫。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：鍾源城	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約55歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明		

AED 抵達日期/時間	2022 年 11 月 04 日 19 時 54 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次
----------------	--	-------------

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2022 年 11 月 04 日 20 時 00 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	本校AED採租賃式，廠商為新光保全，聯繫數次才完成 電子資料下載，故線上通報有所延遲。	
填表人	姓名	鄭嘉旻
	聯絡電話	
	電子郵件	ta109909@simes.tyc.edu.tw