

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2150K	
	序號	00252	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	許瑞蘭	聯絡電話	07-6158000 *2162
		報告日期	2019-06-05
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	樹德科技大學		
事故通報日期/時間	2019 年 05 月 28 日 18 時 10 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:體適能中心		
事故描述	18:07同仁發現個案昏迷倒地，值班護理人員抵達現場，現場有同仁在幫個案CPR中，個案臉色發黑，呈現喎嘆式呼吸，橈動脈及肱動脈摸不到心跳，頸動脈脈搏微弱，AED使用中，抵達前已電擊過一次 18:16CPR仍繼續進行中，第二次電擊後，個案口鼻有咖啡色分泌物不斷流出，協助暢通呼吸道，校安人員電話聯繫119，護理人員與119人員說明現場狀況 18:18 救護車到達，急救人員繼續接手CPR，氣管內管放置及架設自動心臟按摩器，進行急救AED進行第三次電擊。 18:29 119載離開學校至義大醫院急救		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：林秉乾	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約54歲	

急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2019 年 05 月 28 日 18 時 11 分 (24 小時制)	AED電擊次數：3 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：死亡	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	