

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B13E-02102	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	劉易霖	聯絡電話	27299699# 6020
		報告日期	2020-08-04
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	統一百華股份有限公司(統一時代百貨公司台北店)		
事故通報日期/時間	2020 年 08 月 04 日 13 時 24 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:B2F 捷運連通道		
事故描述	13:24餐飲櫃位工作人員聯絡餐飲課樓管，一名年約60左右的男性顧客倒在捷運連通道上,樓管聯絡職護與職安。 13:25 職安人員抵達現場，觀察顧客狀況，無呼吸心跳，評估需使用AED 13:26 取來AED，職安人員準備AED，職護開始進行壓胸CPR 13:27 AED判定可使用電擊，與電擊一次,第一次電擊後實施心外按摩 13:29 警衛通知救護車抵達門口,AED再次評估心律,表示不建議電擊 13:30 持續心外按摩 13:33 救護人員抵達果醋媽媽，了解狀況並急救 13:51 上救護車送往北醫		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：	病患性別：	

		男 女 不確定 病患年紀：約60歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2020 年 08 月 04 日 13 時 26 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：台北醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	13:50 從B2F搭乘電梯到1F時，醫護人員使用自動AED設備進行急救	
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	