

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS		
	型號	FRX		
	序號	B12A-02528		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	林佳君	聯絡電話	0970107387	
		報告日期	2021-12-15	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	義大世界購物廣場C區4F瓦城餐廳內部			
事故通報日期/時間	2021 年 12 月 11 日 20 時 08 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	110/12/11日20:08時接獲瓦城餐廳員工通報，該餐廳有顧客主訴心臟痛，現已躺椅子休息，故請求護理師前往。20:11時護理師林佳君抵達現場，請瓦城員工協助呼叫中控室叫救護車、請顧服人員拿取AED，顧客身邊已有兩位醫護人員(家屬)，醫護人員代訴於19:55分左右開始胸痛、心臟不適、盜汗、呼吸喘、全身發抖、嘴唇發紫，20:05時服用舌下NTG一顆、20:10時服用NTG一顆，20:13時測得血壓111/59mmHg、心跳68次/分、血氧97%，20:20時AED到位，分析不須電擊、測得血壓111/67mmHg、心跳66次/分、血氧98%，遊客主訴身體狀況好轉，20:25時血壓114/61mmHg、心跳57次/分、血氧98%，另有急重症醫師(顧客)協助評估遊客狀況。約20:25救護車抵達，前往高雄榮民總醫院就醫，個案已於翌(12)日出院。			
3) 病患與急救資訊				

病患資料	姓名(若知道)：施學益	病患性別： 男 女 不確定
		病患年紀：約56歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2021 年 12 月 11 日 20 時 20 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: 個案已於翌(12)日出院。	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：高雄榮總	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	因AED拔除電池重新自我檢測過，心電圖序號B12A-02528為病患(施學益)心律，其日期為資料下載12/13日。	
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	