

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 04 月 12 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B16J-05790	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	陳其松	聯絡電話	02-2656-2869#282
		報告日期	2023-04-07
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	7樓游泳池		
事故通報日期/時間	2023 年 04 月 07 日 19 時 34 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	19:34 客人身體不適趴在岸邊休息 19:37 客人老婆發現異狀通知救生員 並拉上岸 19:39 確認脈搏微弱通知一樓櫃台通報值班經理並叫救護車 19:40 無心跳救生員施作CPR 19:41 拿取AED並將該客人移至角落貼上貼片並持續進行CPR 19:45 救護車人員到達 20:06 該客人持續無呼吸心跳 救護人員抬上擔架送往三總 20:30 值班經理到達醫院關切 22:25 家屬請值班經理先行離去		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：曾柏鎰	病患性別： 男 女 不確定	
		病患年紀：約55歲	

急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 04 月 07 日 19 時 41 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 04 月 07 日 20 時 06 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因	
其他說明	20:40值班經理回報，有心跳、無法自主呼吸，腦部有受損，瞳孔放大。 21:41 值班經理回報，目前檢測出來腦部自發性出血，在腦幹附近，腦部受損嚴重，非常不樂觀	
填表人	姓名	蘇珮雯
	聯絡電話	
	電子郵件	s180111@cyc.tw