

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 01 月 18 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS		
	型號	FRX		
	序號	B13L-03964		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	吳怡璇	聯絡電話	28912764#205	
		報告日期	2023-01-18	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	本校大操場走道靠近風雨走廊			
事故通報日期/時間	2023 年 01 月 18 日 07 時 51 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	田徑隊學生晨練時，發現有人昏倒，通知學務處及健康中心，護理師到現場評估患者無意識呈現瀕死性呼吸，立即使用AED並通知119，配合119執勤人員指示，現場同仁林教練及衛生組長陳組長輪流施作CPR，直到119救護車人員抵達現場。			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：黃裕欽	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約58歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR			

	其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 01 月 18 日 07 時 51 分 (24 小時制)	AED電擊次數：4 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 01 月 18 日 08 時 17 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	送至臺北榮民總醫院	
填表人	姓名	吳怡璇
	聯絡電話	
	電子郵件	wu690820@gmail.com