

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2024 年 01 月 02 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B16L-04382	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	許秋萍	聯絡電話	28914537 分機125
		報告日期	2024-01-02
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	逸仙國小校門口		
事故通報日期/時間	2023 年 12 月 26 日 16 時 05 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	112/12/26下午4點正值學校放學陳姓家長在校門口等待時，突然緩慢倒下此時手、腳出現抽搐狀態，並口吐白沫，16:05學校護理師到場時，病患臉色呈蒼白眼睛上吊、嘴唇逐漸發黑，確認無脈搏後，立即打119及給予心肺復甦術，相關人員於16:10將學校AED取出，並協助貼上貼片後分析，AED指示給予電擊1次，並繼續壓胸直到救護人員抵達後，患者恢復脈搏及呼吸。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：陳進達	病患性別： 男 女 不確定	
		病患年紀：約44歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣		

	只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 12 月 26 日 16 時 11 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 12 月 26 日 16 時 20 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	病患後送至台北榮總醫院，後續心血管裝了2支支架，並於112/12/31下午出院返家。	
填表人	姓名	許秋萍
	聯絡電話	
	電子郵件	10001@ysps.tp.edu.tw