

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌		
	型號		
	序號		
1) 報告者資訊			
報告者姓名	李國華	聯絡電話	02-2880-6066分機109
		報告日期	2018-11-30
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	臺北市士林運動中心		
事故通報日期/時間	2018 年 11 月 29 日 09 時 26 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	戴先生於民國107年11月29日上午09:26在5樓打籃球忽然倒地，撞頭倒地不起。 09:26戴先生忽然倒地，失去意識。 09:26 場地主委簡先生內線請七樓櫃台人員協助叫救護車。 09:26 球場人員許芷涵接獲通知，內線到一樓請求協助叫救護車，隨即前往五樓了解。 09:27 球場人員許芷涵到現場查看，戴先生口吐白沫，立即請求中心主管曾經理協助。 09:28泳池部李主任持AED儀器到五樓協助，給予CPR，曾經理偕同協助。 09:29 消防局救護員到中心，機電協助管控電梯。 09:30-09:34救護員到樓層，經初步判斷，給予氧氣面罩，抬上擔架，送往新光醫院。 09:34中心曾經理隨同前往新光醫院 10:34球場部主管莊經理，前往新光醫院陪同、隨行協助，並與球隊人員瞭解狀況。 10:53患者戴志明先生意識恢復可以表達；家屬到場，醫護人員告知家屬，患者有心肌梗塞需做心導管支架手術。 10:58 患者對現場球		

友與中心人員，於救護人員到場前，給予緊急施救表示感謝。

t;11:02球場部莊經理確認患者意識恢復，與球友離開急診室

3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：戴志明	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約62歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2018 年 11 月 29 日 09 時 28 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：新光醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	