

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 11 月 04 日

| | | | |
|------------|--|--------------------|----------------|
| AED資訊 | 廠牌 | NanoomTech | |
| | 型號 | NT-381.C | |
| | 序號 | 10061-0000-2200331 | |
| 1) 報告者資訊 | | | |
| 報告者姓名 | 周正宇 | 聯絡電話 | 2550-5600#7042 |
| | | 報告日期 | 2023-11-01 |
| 反應者身分 | 病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他: | | |
| 反應者訓練資料 | 不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳 | | |
| 2) 事故資訊 | | | |
| 事故地點 | 先嗇宮站(台北捷運) | | |
| 事故通報日期/時間 | 2023 年 11 月 01 日 12 時 45 分(24 小時制) | | |
| AED使用地點 | 同事故地點 其他: | | |
| 事故描述 | 李君於付費區男廁廁間表示腳麻無法站立，後續保全以輪椅將李君推至詢問處旁休息，李君意識逐漸模糊且無法言語，值班站長遂請行控中心通知救護車，並於出口1等待救護車過程中以AED電擊一次。 | | |
| 3) 病患與急救資訊 | | | |
| 病患資料 | 姓名(若知道)：李(先生) | 病患性別： | |
| | | 男 女 不確定 | |
| | | 病患年紀：約80歲 | |
| 急救模式 | 沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明 | | |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| AED 抵達日期/時間 | 2023 年 11 月 01 日 12 時 53 分 (24 小時制) | AED電擊次數：1 次 |
|----------------|--|-------------|

| | | |
|---------|---|--------------------|
| 病患預後 | 現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: | |
| 病患轉送模式 | 119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 11 月 01 日 13 時 09 分 --- (24 小時制) | |
| 病患動向 | 醫院 其他： | |
| AED電子紀錄 | 已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_ | |
| 其他說明 | 新北市立聯合醫院三重院區。 15:16 段辦致電二重派出所，值班員警表示李君已往生但拒絕提供李君及家屬相關資料。 | |
| 填表人 | 姓名 | 吳書銘 |
| | 聯絡電話 | |
| | 電子郵件 | trtcaedd@gmail.com |