

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2024 年 02 月 17 日

AED資訊	廠牌	NanoomTech		
	型號	NT-381.C		
	序號	10061-0000-2200266		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	楊雅芬	聯絡電話	0988573996	
		報告日期	2024-02-17	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	松山機場站月台			
事故通報日期/時間	2024 年 02 月 17 日 19 時 30 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	許宸瑋(簡稱許君)於列車上身體不適.站長及保全將旅客帶至月台，站長查看旅客無意識通報行控中心叫救護車，站長於許君身上貼aed貼片，評估後無需電擊，許君恢復意識，確認為癲癇，許君表示無須就醫自行離站			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：許宸瑋	病患性別： 男 女 不確定		
		病患年紀：約14歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR			

	其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2024 年 02 月 17 日 17 時 04 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: 後續確認許君為癲癇發作，17:13救護車到場，與許君本人及其母親確認無須就醫，許君自行搭捷運離站	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 許君自行搭捷運離站 送離現場時間:2024 年 02 月 17 日 17 時 40 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：許君自行搭捷運離站	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	17:04AED抵達現場，17:05貼AED貼片評估無須電擊，17:06後續確認許君為癲癇發作，17:13救護車到場，與許君本人及其母親確認無須就醫，許君自行搭捷運離站	
填表人	姓名	蔡洵釗
	聯絡電話	
	電子郵件	e22789@metro.taipei