

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2024 年 02 月 06 日

AED資訊	廠牌	NanoomTech	
	型號	NT-381.C	
	序號	10061-0000-2200368	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	陳家駒	聯絡電話	25505600 轉4332
		報告日期	2024-02-02
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	淡水站出口一右側8號廣場		
事故通報日期/時間	2024 年 02 月 02 日 19 時 44 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	淡水站出口一右側8號廣場女性民眾無意識、抽蓄、呼吸方式異常		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：張宇晨	病患性別： 男 女 不確定	
		病患年紀：約26歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明		
AED 抵達日期/時間	2024 年 02 月 02 日 19 時 44 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次	

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: 現場恢復意識正常呼吸後轉送醫院	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2024 年 02 月 02 日 19 時 58 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他 :	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	送竹圍馬偕醫院	
填表人	姓名	蔡滄溟
	聯絡電話	
	電子郵件	e20987@metro.taipei