

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	00W00850	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	吳承達	聯絡電話	0937949949
		報告日期	2020-11-11
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	行政院人事行政總處公務人力發展學院福華國際文教會館		
事故通報日期/時間	2020 年 11 月 07 日 13 時 36 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:B1停車場9號電梯前		
事故描述	約13:34巡檢環境時發現同仁倒地，即通知其他同仁去取AED，施以CPR急救，並通知119，直到救護人員接手處理。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：王寰寧	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約59歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明		
AED	2020 年 11 月 07 日 13 時 39 分	AED電擊次數：0 次	

抵達日期/時間	(24 小時制)	
---------	----------	--

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: AED說不建議電擊，但持續CPR	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：仁愛醫院急診室	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	