

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2024 年 02 月 23 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS		
	型號	HS1		
	序號	A14D-04245		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	郭瀚元	聯絡電話	0917030282	
		報告日期	2024-02-23	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	花蓮縣私立黎明教養院(花蓮市民權路2之2號)			
事故通報日期/時間	2024 年 02 月 10 日 07 時 24 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	07:20左右發現住民無呼吸心跳，立即通知附近工作人員進行心臟按摩並啟用AED，經監測回應為「無法偵測到」，現場工作人員持續心臟按摩至119消防員到場接手。			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：陳譽升	病患性別： 男 女 不確定		
		病患年紀：約67歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明			

AED 抵達日期/時間	2024 年 02 月 10 日 07 時 25 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次
----------------	--	-------------

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2024 年 02 月 10 日 07 時 52 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	送達醫院：花蓮慈濟醫院 心臟按摩：邱子威(工作人員) AED操作：王芸珊(工作人員)	
填表人	姓名	郭瀚元
	聯絡電話	
	電子郵件	anshin1017@gmail.com