

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 12 月 08 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN		
	型號	AED-2100K		
	序號	00W01309		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	粟家村	聯絡電話	04-36062621	
		報告日期	2023-11-22	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	老虎城B1F服務台前			
事故通報日期/時間	2023 年 11 月 19 日 15 時 20 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	15:20分左右小女孩家長至服務台表示小朋友身體抽蓄無意識欲叫救護車,後由服台人員播打119,並聯絡相關部門至現場協助,現場有客人是護理人員當下協助救護,119救護人員告知小女孩的頭需側躺且嘴巴不能堵住,現場已有AED備用,後因小女孩於救護車抵達前失去意識且疑似無呼吸心跳,約3:30左右已立即使用AED,並將貼片貼於患者身上,AED現場判讀不需電擊,救護車人員到現場上單架時,患者已恢復意識並由救護車送往醫院			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約3歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR			

	只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 12 月 19 日 15 時 30 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 12 月 19 日 15 時 42 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	栗家村
	聯絡電話	
	電子郵件	1598@mail.tigercity.com.tw