

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 01 月 11 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-3100	
	序號	01416(3100W)	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	余瑞杰	聯絡電話	03-9100898 #2126
		報告日期	2023-01-11
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	長榮鳳凰酒店(礁溪)R829房客		
事故通報日期/時間	2022 年 12 月 29 日 16 時 58 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	同住家人(病患太太)自述病患獨自在浴室沖澡泡湯，大約15分鐘後未回答，開門查看後發現該病患昏倒於浴室泡湯池（頭部已浸水）；本酒店儘速派員至現場搶救並同步請其他員工撥打119、攜帶AED至現場救援，本酒店同仁實施CPR及使用AED至救護醫療人員接手止。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：雷立三	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約78歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR		

	其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 12 月 29 日 17 時 01 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: 無法確定是否有心跳，由救護醫療人員接手後轉送至醫院	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2022 年 12 月 29 日 17 時 23 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	余瑞杰
	聯絡電話	
	電子郵件	jerry.yu@phxevergreen.com.tw