

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 12 月 08 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	HS1	
	序號	A17B-08815	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	黃馨瑩	聯絡電話	03-8335333
		報告日期	2023-12-08
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	花蓮市國聯五路58號		
事故通報日期/時間	2023 年 12 月 06 日 20 時 06 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	患者在20:05上有氧課程時突然倒地，當時附近有三名醫護人員協助，現場呼喊患者皆無反應，有一名護理人員表示先測量看看血壓脈搏，皆測量不到，20:12現場立即至一樓拿AED並現場實施CPR，20:13貼完貼片後AED評估電擊，20:14現場電擊一次，後續接著按CPR後約一分鐘，救護人員到場接手CPR及使用甦醒球，約20:18恢復心跳，20:25離開場館。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：王旻朗	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約31歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR		

	通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 12 月 06 日 20 時 12 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 12 月 06 日 20 時 25 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	送至花蓮慈濟醫院	
填表人	姓名	黃馨瑩
	聯絡電話	
	電子郵件	wg- hl@worldgymtaiwan.com