

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 11 月 19 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	HS1	
	序號	A14J-01884	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	陳秋美	聯絡電話	07-8152271 *252
		報告日期	2022-11-11
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	高雄市立瑞祥高級中學		
事故通報日期/時間	2022 年 11 月 11 日 17 時 00 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	14:40該生跑大隊接力，接棒後不明原因跌倒，跌倒後自行爬起，隨即又倒地不起，當下莊訓當校長、葉俊雄主任、汪哲賢組長、顧志成導師、夏原立家長立即至現場急救，並叫救護車，評估GCS:E1M1V1，測量頸動脈有微弱脈動，成喎嘆式呼吸，Spao2:量不到，給予甦醒球擠壓100%給氧，心外按壓30:2持續施作。14:41觸摸頸動脈無脈動，給予心外按壓並接上AED。14:43評估無脈搏，AED 評估需電擊，予第一次電擊，電擊後持續給氧及心外按壓。14:45救護車到達，消防隊給予AED評估呈現VT，予第二次電擊，評估無脈搏，持續給氧及心外按壓。14:48雙側鼻血噴出，仍持續給氧及心外按壓中，14:51雙側鼻血擦拭完則未再出血。14:52上救護車擔架，AED評估需電擊，予第三次電擊，恢復心跳。14:53由顧志成導師陪同上救護車，轉送阮綜合醫院，校方立即啟動緊急應變小組處理後續事宜。		

3) 病患與急救資訊		
病患資料	姓名(若知道)：朱昱臻	病患性別： 男 女 不確定
		病患年紀：約16歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 11 月 11 日 14 時 40 分 (24 小時制)	AED電擊次數：3 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2022 年 11 月 11 日 14 時 53 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	葉俊雄
	聯絡電話	
	電子郵件	vn7222@yahoo.com.tw